

 Haraldsplass Diakonale Sykehus	Opplæringsskjema: Philips FrX halvautomatisk defibrilator (AED)		
Godkjent av: Erichsen, Martina Moter	Faglig ansvarlig: Astrid Solberg-Hansen	Skrevet av: Endre Grønlund/ Kari Å Estensen	Gyldig fra: 07.09.2020 Revider innen: 07.09.2022

Dokumentert opplæring i medisinskteknisk utstyr (MTU) for leger / sykepleiere / hjelpepleiere / assistenter ved Haraldsplass Diakonale Sykehus

Trenger opplæring	Dato:	Sign.
Har fått opplæring	Dato:	Sign.
Har fått opplæring (årlig repetisjon)	Dato:	Sign.
Har fått opplæring (repetisjon)	Dato:	Sign.
Har fått opplæring (repetisjon)	Dato:	Sign.
Videre repetisjonsintervall:	Dato:	Sign.

Kunnskapskrav

1	Bruksanvisning
2	Kjenne til lagerplass for utstyr og tilbehør/koblinger
3	Kjenne til rengjøringsprosedyrer for utstyr og tilbehør/koblinger
4	Kjenne til hvem som er ansvarlig for vedlikehold og hva du gjør når feil/mangler oppstår
5	Sikkerhetsrutiner ved bruk av defibrillator
6	Apparatur-relaterte feilkilder, hva du gjør i forhold til disse
7	Sjekke batteristatus/klar til bruk indikator daglig
8	Kunne slå på defibrillator og koble defibrilleringselektroder
9	Vite hvordan halvautomatisk defibrillering (AED) foregår
10	Kjenne til kontroll/vedlikehold etter bruk
11	Kjenne til bruk av treningsenhet for Frx

1 Referanser

2 Vedlegg